

JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.
Verovškova ulica 62
1000 Ljubljana

Javno naročilo št. ENLJ-SPV-323/26

Predmet javnega naročila: VZDRŽEVALNA DELA NA VISOKIH OBJEKTIH IN DIMNIKIH Z ALPINISTIČNO TEHNIKO

ZADEVA: ODGOVOR NA POSTAVLJENO VPRAŠANJE

V zvezi z javnim naročilom št. ENLJ- SPV-323/26 smo prejeli naslednje vprašanje, na katerega vam v nadaljevanju posredujemo odgovor:

Vprašanje:

Spoštovani,

zaradi zanimivega koncepta JN vam posredujemo nekaj vprašanj:

1. Vezano na možnost ponudbe enakovrednega blaga drugega proizvajalca naročnika prosimo za natančnejšo opredelitev minimalnih tehničnih parametrov (npr. procesni priključki, vgradne dolžine, komunikacijski protokoli, razred točnosti ipd.), ki jih mora izpolnjevati oprema drugega proizvajalca, da se bo štela za tehnično in dimenzijsko enakovredno opremo INOL.
2. Ali bo naročnik kot enakovredno priznal opremo drugega proizvajalca, ki po električnih in merilnih specifikacijah dosega ali presega opremo INOL, ter nudi ustrezne redukcije/adapterje za vgradnjo na obstoječe impulzne cevi brez predelave povezav?
3. Naročnika prosimo za pojasnilo glede storitve servisiranja: Ali se storitev servisiranja iz ponudbenega predračuna nanaša izključno na servisiranje novo dobavljene opreme v okviru tega naročila ali pa se pričakuje tudi servisiranje obstoječe merilne opreme INOL, ki je že vgrajena na kotlih in turbinah naročnika?

Vnaprej hvala in prijazen pozdrav.

Odgovor na postavljeno vprašanje:

Spoštovani,

naročnik omogoča ponudniku, da lahko ponudi enakovredno blago od zahtevanega. V primeru, da ponudnik ponudi enakovredno blago, mora enakovrednost dokazati v vseh parametrih, ki so navedeni na originalnih tehničnih specifikacijah proizvajalca Inol.

Storitev servisiranja se nanaša na obstoječo in tudi novo merilno opremo.

To pojasnilo postane sestavni del razpisne dokumentacije.

Lep pozdrav.

Ljubljana, 2. 10. 2026